



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300763 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
пневмоманометр, с/ст. механические средства измерения,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210492

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, dimensional measurement, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдано свидетельство

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, диапазон,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

полученных в результате

признаю ~~пригодным~~ к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.