



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300764 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

использование, т.е. модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210493

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

использование единиц величин, единиц измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

использование или обозначение величины,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки

на соответствие историч. вышестоящей поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, т.е. заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

Имя или наименование эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

перечень влияющих факторов, нормируемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

использовались

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог Артём

Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Ринат

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
26 февраля 2020 г.