



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300765 /08

Действительно до
25 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

манометрическое, т.е. измерение давления

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210494

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

использование классов измерений, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

выбывающие или избыточные давления

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдано свидетельство

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (ФГИС) манометрическое, т.е. избыточное давление, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс точности эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,2 °C p= 102 кПа φ= 67 %

лучшие значения факторов, нормированные в документе на методику поверки, в условиях их действия

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

26 февраля 2020 г.