



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300774 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
категория, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210411

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
стандарта по обеспечению единства измерений

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
в соответствии с требованиями стандарта

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в Едином информационном фонде по обеспечению единства измерений

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДПД.0008.2018
стандарт по обеспечению единства измерений, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %
характер, значение фактора, нормированное в соответствии с методом поверки, в Указании по применению

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
получен в результате

признается пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.