



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300775 /08

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
цифровой, тип, модификация, классы измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
рабочий эталон в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, официальный сайт, утверждение типа

заводской (серийный) номер 5191210412

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
полностью или частично, функционал измерений, на какой класс прибора средства измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
показатели при поверке

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
на величину допуска измерения прибора

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
рабочий эталон в государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД 0008.2018  
класс при поверке, классификация, функционал при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %  
температура, влажность воздуха, относительная влажность воздуха, методика поверки, единицы измерения

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.