



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300778 /08

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
Электронный, тип, модификация, модель, наименование

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210415  
 в составе —

номер знака предыдущей поверки —  
 поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
Нормативные документы

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на соответствие accuracy, accuracy, accuracy

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер в ГСИ: Р 1323565.2.001-2018, тип, номинальный класс, предел

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
номер ГСИ (регистрационный номер), присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %  
параметры, влияющие на результат, влияющие факторы, значения факторов, в единицах СИ (или иных)

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки  
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Сагудиннов Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.