



ООО «Казанский ДСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300780 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

заводской (серийный) номер 5191210417

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
номер для идентификации эталона, присвоенный при выпуске

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %
перечень влияющих факторов, влияющих на значение на момент поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (интермедиальной) поверки
попытки измерения

признано пригодным к применению.



Знак поверки [Signature]

Главный метролог [Signature]

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель [Signature]

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.