



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300782 /08

Действительно до
26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

заводской (серийный) номер 5191210419

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

в соответствии с

Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

при следующих значениях влияющих
факторов:

$t = 22,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$p = 102,1 \text{ кПа}$

$\varphi = 66 \%$

и на основании результатов

первичной (периодической) поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки
27 февраля 2020 г.

Ярыгин Артём Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович