



ООО «Казанский ДСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300783 /08

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
Пользователь, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном банке до 26 февраля 2022 г.

заводской (серийный) номер 5191210420

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц, методов, стандартов, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование ГСИ, обьекты измерения

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
наименование методики поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер в ГСИ, наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДЦ.0008.2018  
наименование эталона, эталонный принцип

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %  
наименование фактора, значение фактора в соответствии с методом поверки, в соответствии со значеиям

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки  
наименование поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог А.В.

Поверитель Р.В.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагулинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.