



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300784 /08**

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
Поправочные коэффициенты, тип, модификация, условия эксплуатации

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
Регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210421

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
Поправочные коэффициенты, тип, модификация, условия эксплуатации

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
Поправочные коэффициенты, тип, модификация, условия эксплуатации

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании утвержденного стандарта

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
Регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЛД.0008.2018  
Классификация эталонов, присвоенная при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %  
Поправочные коэффициенты, тип, модификация, условия эксплуатации

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
Методика поверки №

признано пригодным к применению.



Знак поверки  
 Главный метролог Яригин  
 Поверитель Сагудинов

Яригин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.