



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300786 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерений артериального давления
персональный, т.е. идентифицируемый физическим лицом

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
рабочий эталон в Федеральном информационном банке по обязательной аккредитации, действующий при условии поверки

заводской (серийный) номер 5191210423

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
полностью или частично

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании результатов измерений

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
рабочий эталон в Федеральном информационном банке по обязательной аккредитации, действующий при условии поверки

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
эталоны в Федеральном информационном банке по обязательной аккредитации, действующие при условии поверки

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %
факторы в соответствии с требованиями стандарта, действующего при поверке

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
по результатам поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки
 Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.