



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300788 /08

Действительно до
26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

высокоточный, тел. инфлюксиметр с функцией памяти

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, подтверждающий допуск к применению

заводской (серийный) номер 5191210425

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

исполнение: датчик давления, датчик частоты, 2х канала, полимерный корпус, цифровой

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

в соответствии с требованиями стандарта

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в ФГИС по обеспечению единства измерений, подтверждающий допуск к применению

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

СИМЭ 001 (гидравлический эталон), единичный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 22,9 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 102,1 \text{ кПа}$ $\varphi = 66 \%$

лучше в соответствии с требованиями, приведенными в документе по метрологии, подтверждающем допуск к применению

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

полюсника не требуется

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
27 февраля 2020 г.