



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300789 /08

Действительно до  
26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

заводской (серийный) номер 5191210426

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ 0008.2018

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
27 февраля 2020 г.