



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300791 /08

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
неинвазивное, нет, модификация таблетки инкубатор,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
регистрционный номер в Государственном информационном агентстве по стандартизации стандарта, измерений, применений при осуществлении поверки

заводской (серийный) номер 5191210428

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
показатели длины, массы, диаметра измерений, по которым измерено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на соответствие требованиям документа 1323565

с применением эталонов: Рабочий эталон единиц избыточного давления  
регистрционный номер в ГСИ 1323565.2.001-2018, нет, значение массы, масса, кг

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018  
эталоны ГСИ для реализации эталонов, поверки/испытания при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t = 22,9 °C p = 102,1 кПа φ = 66 %  
температура окружающей среды, влажность, относительная влажность в диапазоне от 10 до 90% при влажности воздуха, в диапазоне от 20 до 100 мм рт.ст.

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
показатель достоверности

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.