



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300797 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
регистрционный номер в Государственном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрционный номер в Государственном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191210434

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
Дополнительно для обеспечения единства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на соответствие автору с датированной пометкой

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрционный номер в ГСИ 1000000000, тип, основной измеритель

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
Внес ГСИ при утверждении типа, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %
Параметры, влияющие на точность, определены в соответствии со стандартом поверки, утвержденным по значению

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки
методом эталонов

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Сагудинов Риват Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.