



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300800 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
регистрционный номер в Государственном информационном банке по обязательному осмотру измерительных средств при использовании типа

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрционный номер в Государственном информационном банке по обязательному осмотру измерительных средств при использовании типа

заводской (серийный) номер 5191210437

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
показания имеют значение только при использовании прибора, по которому поверка осуществлена

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
регистрционный номер в Государственном информационном банке по обязательному осмотру измерительных средств

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на соответствие истинного значения показаний

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрционный номер в Государственном информационном банке по обязательному осмотру измерительных средств


3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018
номер государственного эталона, действующий при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °С p= 102,1 кПа φ= 66 %
погрешность влияния факторов, измеренная в соответствии со стандартом поверки, с учетом ее влияния

и на основании результатов первичной (метрологической) поверки
методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Артём
Ринат

Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.