



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300802 /08

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

Полное наименование средства измерения, наименование средства измерения, наименование средства измерения

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений, дата окончания срока действия свидетельства о поверке, наименование средства измерения, наименование средства измерения

заводской (серийный) номер 5191210439

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

Полное наименование аккредитованной организации, наименование аккредитованной организации, наименование аккредитованной организации

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование государственного стандарта

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

наименование государственного стандарта

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и наименование эталона, наименование эталона, наименование эталона

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

наименование эталона, наименование эталона

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %

наименование фактора, наименование фактора, наименование фактора, наименование фактора

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки

наименование поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Яркин Артём Валерьевич

Поверитель

Сагудинова Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.