



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300803 /08

Действительно до  
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬС-ТАХОМЕТР С ЦИФРОВОЙ СЕРИЕЙ

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17  
РАСЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬС-ТАХОМЕТР С ЦИФРОВОЙ СЕРИЕЙ

заводской (серийный) номер 5191210440

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
РАСЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУЛЬС-ТАХОМЕТРЫ С ЦИФРОВОЙ СЕРИЕЙ

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
РАБОЧИЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %  
ПЕРВИЧНО-ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

признано пригодным к применению.

Знак поверки    
 Главный метролог Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель  Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 27 февраля 2020 г.