



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300806 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
периодичность, тип, методика поверки указаны в документе

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
для метрологического центра в Федеральном государственном фонде по обеспечению единства измерений, территориальный отдел (Удмуртская республика)

заводской (серийный) номер 5200100003

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
периодичность, тип, методика поверки, на которую поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
периодичность, тип, методика поверки

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регулируемый размер и (или) номинальное значение, тип, значение погрешности

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД 0008.2018
эталоны для регулирования эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °С p= 102,1 кПа φ= 66 %
перечень влияющих факторов, перечисленных в документе по метрологии, в соответствии с документом

и на основании результатов первичной (метрологической) поверки
тип знака поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.