



ООО «Казанский ДСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300811 /08

Действительно до
 26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
используется для измерения артериального давления

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде доверительных сведений об организации аттестации, выдающей при осуществлении поверки

заводской (серийный) номер 5200100008

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
используется для измерения артериального давления, для измерения частоты пульса

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
используется для измерения артериального давления

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
используется для измерения артериального давления

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде доверительных сведений об организации аттестации, выдающей при осуществлении поверки

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
используется для измерения артериального давления, для измерения частоты пульса

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,9 °C p= 102,1 кПа φ= 66 %
используется для измерения артериального давления, для измерения частоты пульса

и на основании результатов первичной (эталонной) поверки
используется для измерения артериального давления

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Г Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 27 февраля 2020 г.