



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300812 /08

Действительно до  
26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

Пользователь: ООО «Микропроцессорные системы измерений»

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при установлении типа

заводской (серийный) номер 5200100009

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

Пользователь должен соблюдать следующие условия: на измеренном объекте измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

Пользователь или обладатель измерений

артериального давления неинвазивные. Методика поверки

на измеренном объекте измерений

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

Регистрационный номер в государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

Кодовый номер поверочного эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t = 22,9 °C p = 102,1 кПа φ = 66 %

Пользователь должен соблюдать следующие условия: измерение на метростанции поверки, в соответствии со стандартом

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки

результатов измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Г

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель РЗ

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
27 февраля 2020 г.