



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300814 /08

Действительно до
26 февраля 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191200001-5191201000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

клас или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих
факторов: t= 22,9 °C

p= 102,1 кПа

φ= 66 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на метрологию поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

выпущено зачетными

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Г

Поверитель Р.З.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
27 февраля 2020 г.