



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300821 /08

Действительно до  
01 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,  
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5191138001-5191142000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,9 °C p= 101 кПа φ= 60 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки  
02 марта 2020 г.



*Handwritten signatures of the metrologist and verifier*

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович