



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1300824 /08

Действительно до
04 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200107001-5200109000
в составе -

номер знака предыдущей поверки -
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 21,7 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 103,2 \text{ кПа}$ $\varphi = 51 \text{ \%}$
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки
методом зачерпнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
05 марта 2020 г.