



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1302502 /08

Действительно до  
08 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель: UA-911BT-C, № 69151-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200100001-5200100500

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки

на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t = 23,5 °C p = 104,7 кПа φ = 57 %

перечислено влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки

исполнено за чертой

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

09 марта 2020 г.