



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1308003 /08

Действительно до  
09 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200101001-5200106000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов:

$t = 21,9 \text{ } ^\circ\text{C}$

$p = 102,9 \text{ кПа}$

$\phi = 45 \%$

перечень влияющих факторов, рассмотренных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перидиической) поверки


наименование процедуры

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



*Handwritten signatures of the metrologist and verifier*

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

10 марта 2020 г.