



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1315507 /08

Действительно до
12 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений

модель: UA-200, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G200100001-G200103000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДЦ.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,4 °C p= 101,5 кПа φ= 50 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

необязательно зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
13 марта 2020 г.