



ООО «Казанский ДЦС»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1315512 /08

Действительно до
14 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
используется, тип, модификация средства измерений.

и частоты пульса цифровой модель: UA-911BT-C, № 69151-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200200001-5200200500

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
используемых или обслуживания документов.

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
по решению эксперта Метрологического центра

с применением эталонов; Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в ФГИС «Справочник», тип, заводской номер, разряд.

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс точности эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,0 °C p= 101,1 кПа φ= 60 %
перечень влияющих факторов, описанных в документах на методику поверки, в соответствии со стандартом

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
исполнение поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 марта 2020 г.