



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1315513 /08

Действительно до  
14 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,  
неинвазивные, нет, модифицированные приборы

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200100001-5200101000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование адреса исполнителя, выполняющего измерения, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

неинвазивные для обеспечения достоверности

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании утвержденного образца

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (ФГИ) национальных, нет, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

какие еще погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 23,0 °C p= 101,1 кПа φ= 60 %

перечень дополнительных факторов, охарактеризованных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки

исполнил поверку

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
15 марта 2020 г.