



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1345503 /08

Действительно до  
15 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,

выполнение, вид, идентификация средства измерения

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

идентификационный номер в Федеральном информационном фонде объектов измерения, при наличии при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200108001-5200110000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

поименование эталона, в котором даны значения поверки, на которую измерение средства измерения

в соответствии с Р 1323565 2.001-2018 «ГСИ. Измерители

выполнение в СИ, обозначение СИ

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на что имеются ссылки в методике поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

идентификационный номер в СИ и наименование СИ, вид, видовой номер, серия

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс точности СИ, диапазон, диапазон при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

$t = 22,8 \text{ } ^\circ\text{C}$        $p = 102,3 \text{ кПа}$        $\varphi = 58 \text{ } \%$

поименование фактора, значение фактора в состоянии измерения, с указанием на единицу

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки

методика поверки

признано пригодным к применению.



Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
16 марта 2020 г.