



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1345504 /08

Действительно до
15 марта 2022 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, адресованый при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5200117001-5200118000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование стандарта, технических условий, в которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначения документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

или наименование документа вышестоящей поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в ФГИИ, наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 22,8 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 102,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 58 \text{ } \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на метрологию, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

погрешность измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
16 марта 2020 г.