



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346385 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150700516

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, за которые поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
наименование или обозначение документа

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДЦ.0008.2018
код эталонной единицы, наименование эталона

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
наименование факторов, влияющих на результат поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (неридической) поверки
тип поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринаг Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.