



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346390 /08

Действительно до
16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
кабинетное, тис, модификация корпуса измерений,

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160200391

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
показательное значение величины, значения при поверке, по которым поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
применяемые для обеспечения единства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которой выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в Федеральном фонде по обеспечению единства измерений

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или точность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t = 22,3 °C p = 102,4 кПа φ = 52 %
температура эталона или факторов, влияющих на результат поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методов измерений

признано пригодным к применению.



Главный метролог Артём Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Ринат Сагуддинов Ринат Закирович

Дата поверки
17 марта 2020 г.