



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346395 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
выполнение ГОСТ, МСЭ и других средств измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, дата выпуска и срок годности

заводской (серийный) номер 5160200396

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
выполнение ГОСТ, МСЭ и других средств измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
выполнение ГОСТ, МСЭ и других средств измерений

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и дата выполнения, ГОСТ, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс точности эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
первичный фактор, использованный в ходе поверки на методик поверки с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перидиической) поверки
методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 
 Главный метролог 
 Поверитель 

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагуданов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.