



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346401 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
гипотензиометр, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
распределительный номер в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утилизации типа

заводской (серийный) номер 5160200412

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
выполнение единиц измерений, выполняемых измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
выполнение при обеспечении единства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании информации выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
распределительный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, присвоенная при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
перечень значений факторов, нормированных в соответствии с методикой поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
тип знака аккредитации

признано пригодным к применению.

Знак поверки
 Главный метролог
 Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.