



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346402 /08

Действительно до  
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
измерительное, эталон, калибровочное средство измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12  
регистрационный номер в ФГИС «Росзناч» и код идентификации формы по объективному критерию принадлежности к типу, присвоенный при выпуске изделия

заводской (серийный) номер 5160200413

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
исключительно в объеме выданных, установленных измерений, на которых выданы средства измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители  
лицензионное или объективное документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на соответствие критериям выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер в ФГИС «Росзناч» наименования, ГСИ, заводской номер, дата


3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталона, применены код при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %  
параметры влияния факторов, нормированных в документе на метод поверки, с указанием на эталон

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки   
 Главный метролог  
 Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич  
 Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 17 марта 2020 г.