



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346404 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
Наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
Регистрационный номер в ФГИС Едином информационном банке по объектам аккредитации метрологии, присвоенный при выпуске из цеха

заводской (серийный) номер 5160200415
Наименование единицы измерения, значениям измерений, на которых поверено средство измерений

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
Наименование или обозначение документа

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
Наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
На основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
Регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018
Класс или погрешность эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
Другие значения факторов, примененные в документах на метрологический прибор с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
Иной вид поверки

признано пригодным к применению.



Знак поверки Арт Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог

Поверитель РЗ Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.