



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346406 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
цифровой манометр, тест, мембранное средство измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
рабочий эталон в форме цифровых манометров, предназначенный для измерения частоты пульса

заводской (серийный) номер 5160200417

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
диагностика качества работы измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
артериального давления неинвазивные

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
рабочий эталон в форме манометра, тест, запорный клапан, датчик

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс точности эталонов, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
поверка в полевых факторах, осуществляется в соответствии с методом поверки, в котором не учитываются

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методом сравнения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.