



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346407 /08

Действительно до
16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

Наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160200418

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

Наименование единиц измерения, значащие цифры, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

Наименование ГОСТ, обобщенное название

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в СИЭИ, наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

клас или категория эталона, применяемая при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %

Перечень влияющих факторов, рассмотренных в документах на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (пернединаической) поверки

методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный методик

Поверитель



Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
17 марта 2020 г.