



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346409 /08

Действительно до  
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

класс точности, тип, методика поверки

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

регистрационный номер в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160200420

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, величины измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) обозначения, тип, заводской номер, дата

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

класс точности эталонов, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %

наименование факторов, упомянутых в документе поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

17 марта 2020 г.