



ООО «Казанский ДСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346410 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
цифровой, тип, модификация, конструкция и материал

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
ручной цифровой измеритель в 2-х каналах рефлексиметрическим способом объёмного зажима манжетой, цифровой прибор для измерения частоты пульса

заводской (серийный) номер 5160200081

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
цифровые часы, датчик, электроника измерений, на которых функционирует средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
цифровые сса объёмного типа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки
на основании которой выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
реперный номер и дата поверки, тип, эталонный номер, диапазон

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
испытательная установка, применены при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
параметры влияющих факторов, поверка проводилась в соответствии со Методикой поверки, в соответствии с Р 50.2.032-2004

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



Handwritten signatures of the metrologist and verifier

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.