



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346411 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
цифровой, т.е. цифровой, средство измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при выпуске изделия

заводской (серийный) номер 5160200082

в составе --

номер знака предыдущей поверки --

поверено в полном объеме

наименование стандарта, стандартов, технических условий, на которые поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

наименование государственного стандарта

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

наименование стандарта, стандартов, технических условий, на которые поверено средство измерения

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер эталона, наименование, т.е. заводской номер, репер.

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018

стандартная погрешность эталона, применительный класс

при следующих значениях влияющих факторов: t = 22,3 °C p = 102,4 кПа φ = 52 %

перечень значимых факторов, влияющих на результат поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки   Ярыгин Артем Валерьевич

Главный метролог
 Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.