



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346412 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
измерительная, т.е. модифицируемая средства измерений,

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160200083

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
показатели длины базиса, значения измерений, на которые поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
высказывание типа обобщенной величины,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании истории выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и серия поверочного, т.е. заводской поверки, эталона,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс точности эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
перечень значений факторов, влияющих на значение по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перидиической) поверки
документ поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.