



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346413 /08

Действительно до  
16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
цифровой манометр, манометрическое средство измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12  
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160200084

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
выполнены все виды измерений, для которых поверен средстве измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители  
выполнены все обязательные пункты

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании авторских выводов поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрционный номер в ФГИИ, наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД, 0008, 2018  
класс точности эталона, наименование при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %  
значения влияющих факторов, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
тип поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Артём

Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Ринат

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
17 марта 2020 г.