



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346433 /08

Действительно до  
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
манжетный, гтс, мембранный средства измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160400124

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
выполнены работы по поверке, в том числе, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители  
выполнены работы по обеспечению единства

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер ИСОИИ государственного ГСИ, заводской номер, дата

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018  
класс точности, типовой, дата утверждения

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °С p= 102,4 кПа φ= 52 %  
факторы, влияющие на результат измерения, в том числе на метод поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки    
 Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич  
 Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 17 марта 2020 г.