



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346434 /08

Действительно до  
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
цифровой прибор, тип, модификация средства измерения

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при учете на дату отбора

заводской (серийный) номер 5160400125

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерения, значений измерений, по которым поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
наименование стандарта или иного документа

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
рабочий эталон единицы и (или) наименования, тип, заводской номер, серия

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018  
класс или категория эталона, присвоенный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %  
перечень влияющих факторов, не учтенных в методе поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
тип поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель



*Handwritten signature of Artem Valeryevich Yargin*

Яргин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 17 марта 2020 г.