



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346435 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
цифровой, бесконтактный, с манжетой

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрционный номер в Федеральном информационном банке по обеспечению единства измерений, присвоенный при участии метрологической службы

заводской (серийный) номер 5160400126

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, в которых измерено, на который поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование ГСИ, обозначение ГСИ, метода

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
наименование стандарта, в котором описана методика поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрционный номер и наименование эталона, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДЦ.0008.2018
класс точности эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документах по методу поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 
 Главный метролог 
 Поверитель 

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.