



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346436 /08

Действительно до
16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при государственном

заводской (серийный) номер 5160400127

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, функционала измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование ИСО, обобщенное название метода

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка


с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и серия эталона, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или диапазонность эталона, границы допуска при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %
перечень значений факторов, измеренных в это время на метрологической установке по заданию

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
тип акта поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 
Главный метролог 
Поверитель 

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
17 марта 2020 г.