



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346437 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
полное наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160400128

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
полное наименование единиц измерения, значений измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
полное наименование ГСИ, обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которой выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и наименование эталона, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс точности эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,3 °С p= 102,4 кПа φ= 52 %
параметры влияния факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периединицовой) поверки
метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки
 Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.