



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1346444 /08

Действительно до
 16 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде объектов измерения, поверяемых при установлении типа

заводей (серийный) номер 5160400345

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, значения и единиц, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

наименование для обозначения единицы

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании стандарта выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и наименование, тип, заводской номер, дата

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс точности эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,3 °C p= 102,4 кПа φ= 52 %

длина волны излучения фактора, поверяемого в соответствии с методом поверки, в тысячных

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

метод поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 17 марта 2020 г.